



KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı belirtilen plastik ve sarf malzemelerle ilgili verilecek tekliflerde mutlaka, marka, kod numarası ve ambalaj boyutu (adet veya paket) belirtilmelidir. Teklif edilen ürünler için verilen marka ve kod numarasını gösterir katalog bilgisi teklifle birlikte sunulmalıdır.

Sıra No	Malzemenin Adı	Özelliği	Miktarı	Birimi
1.	1,5 ml Mikrosantrifüj tüpü 500 adet/paket	DNase, RNase içermeyen, 1.5 ml hacminde, - 90 C ila +122 C arası dayanıklı, otoklavlanabilir ve berrak özellikte, en az 20000xg hız santrifuja dayanıklı olmalıdır.	50	paket
2.	2,0 ml Mikrosantrifüj tüpü 500 adet/paket	DNase, RNase içermeyen, 2 ml hacminde, - 90 C ila +122 C arası dayanıklı, otoklavlanabilir ve berrak özellikte ve 20000xg hız santrifuja dayanıklı olmalıdır.	50	paket
3.	Beyaz 96-wel PCR plate, 25 lik	RT-PCR için uygun beyaz plate, ince duvarlı RNase, DNase free	4	kutu
4.	Sealing foil, Real-Time için, 100 lük	96-well plateler için yapışabilen, floresan geçirgen özellikte, şeffaf, Real-Time PCR için uygun olmalıdır.	1	adet
5.	8li strip Real-Time için, 120lik	8li strip PCR tüpü,Real-Time PCR çalışmaları için Rnase,Dnase free olmalıdır.	3	paket
6.	8li strip cap Real-Time için, 120lik	8li strip PCR tüpü kapakları, Real-Time PCR çalışmaları için floresan geçirgen özellikte olmalıdır.	3	paket
7.	ELDİVEN – nitril, extra Small	0,06 kalınlıkta,nitril ve extra small beden olmalıdır. 100 adet eldiven olmalıdır.	50	paket
8.	ELDİVEN - nitril - Small	0,06 kalınlıkta,nitril ve small beden olmalıdır. 100 adet eldiven içeren kutularda olmalıdır.	50	paket
9.	ELDİVEN - nitril- Medium	0,06 kalınlıkta,nitril ve medium beden olmalıdır. 100 adet eldiven içeren kutularda olmalıdır.	50	paket



10.	ELDİVEN - nitril- Large	0,06 kalınlıkta,nitril ve large beden olmalıdır. 100 adet eldiven içeren kutularda olmalıdır.	20	paket
11.	Tissue culture flask, 75 cm², 100lük	Hücre kültürü flasksı, 75 cm ² , filtreli kapaklı, screw cap, steril, ISO 13485:2003 and ISO 9001:2008 standartlarına uygun, DNase and RNase ve pirojen içermeyen, gamma steril, TC treated olmalıdır.	2	kutu
12.	96-well hücre kültürü mikrolakası, 100 adet/paket	Clear Flat Bottom, Polystyrene, TC-treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Steril olmalıdır	2	paket
13.	Eküvyon Çubuğu, 100 adet/paket	Pamuk Uçlu, Tahta saplı, Tek Tek Poşette, steril olmalıdır.	20	paket
14.	96-well siyah hücre kültürü mikrolakası, 32 adet/paket	Black, Flat Bottom, TC-treated Microplate, with Lid, Individually Wrapped Steril olmalıdır	1	paket
15.	Plastik Öze, 10ul, 10 luk paket	Esnek HİPS'den üretilmiş, steril ve halka ucu 10 ul olmalıdır.	300	paket
16.	Plastik Öze, 1 ul, 10 luk paket	Esnek HİPS'den üretilmiş, steril ve halka ucu 1 ul olmalıdır.	300	paket
17.	PCR tüpü, 0.2ml, 1000 adet/paket	DNase, RNase ve insan DNA'sı içermeyen, otoklavlanabilir ve 0.2 ml hacminde düz kapaklı olmalıdır.	10	paket
18.	96-well PCR plate, 100 lük paket	DNase, RNase ve insan DNA'sı içermeyen, şeffaf, 96-well olmalıdır.	2	paket
19.	Sarı pipet ucu 1000 adet/paket	2-200 ul pipetler için uygun, Thermo finnpipet ve pipet kutuları için uygun olmalıdır. ThermoLapTip veya Greiner olmalıdır.	200	adet
20.	Mavi pipet ucu 1000 adet/paket	100-1000 ul pipetler için uygun, Thermo finnpipet ve pipet kutuları için uygun olmalıdır. ThermoLapTip veya Greiner olmalıdır.	100	adet